HELAGO-SK, s.r.o.
Obchodný register Mestského súdu v Bratislave III
oddiel Sro, vložka 93626/B
Kosodrevinová 2
82107 Bratislava
IČ: 47479256, DIČ: 2023908898
Tel: 02/55565291
E-mail: info@helago-sk.sk
Web: http://www.helago-sk.sk

AD-4212A-PT - Tester přesnosti pipet

Objednávací kód: **0102.AD4212APT**



Informácia o cene na vyžiadanie

Parametre	
Kapacita (maximálna)	110 g
Dielik	0,001 g
Množstevná jednotka	ks

- Jednoduché testování šetří náklady
- Vyhovuje ISO 8655 a dalším specifikacím založeným na gravimetrické metodě
- Snadné testování, ovládání a archivace pomocí WinCT-Pipette software
- Možnost tisku protokolu
- Včetně nádobky minimalizující chyby vypařováním
- Tři modely pokrývají široký rozsah objemů
- Přenosný kufřík pro snadné přenášení k zákazníkovi
- Teploměr pro přesnější výpočty
- Kalibrační závaží a pinzeta
- Pipetting training capability
- RS-232C (s převodníkem Serial / USB)